

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03 04 2018 C

I. ZAMAWIAJĄCY:

Selvita S.A.
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
NIP: 679 29 42 955

ADRES DOSTAWY

Selvita S.A.
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca powinien złożyć ofertę na następujące przedmioty o poniższych minimalnych parametrach:

| L.p. | Nazwa | Ilość |
|------|---|-------|
| 1. | <p>Pipeta automatyczna zmiennobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 µl:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pipeta nastawna wyposażone w 4-ro cyfrowy wskaźnik nastawionej objętości; ✓ Blokada uniemożliwiająca przypadkowe rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych; ✓ Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety ; ✓ Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka poprzez instalację pierścienia blokującego; ✓ Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki; ✓ Autoklawowalna w całości; ✓ Indywidualny protokół kalibracji pipety; ✓ Możliwość rekalkibracji; ✓ Certyfikat CE ; ✓ Wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów lub dokument równoważny; ✓ Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1szt. |
| 2. | <p>Pipeta automatyczna zmiennobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 µl:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pipeta nastawna wyposażone w 4-ro cyfrowy wskaźnik nastawionej objętości; ✓ Blokada uniemożliwiająca przypadkowe rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych; ✓ Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety ; ✓ Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka poprzez instalację pierścienia blokującego; ✓ Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki; ✓ Autoklawowalna w całości; ✓ Indywidualny protokół kalibracji pipety; ✓ Możliwość rekalkibracji; ✓ Certyfikat CE ; ✓ Wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów lub dokument równoważny; | 1szt. |

| | | |
|--|---|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gwarancja min. 36 miesięcy. | |
| | <p>Pipeta automatyczna zmiennobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 µl:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pipeta nastawna wyposażone w 4-ro cyfrowy wskaźnik nastawionej objętości; ✓ Blokada uniemożliwiająca przypadkowe rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych; ✓ Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety ; ✓ Możliwość wyłączenia sprężynowania stożka poprzez instalację pierścienia blokującego; ✓ Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki; ✓ Autoklawowalna w całości; ✓ Indywidualny protokół kalibracji pipety; ✓ Możliwość rekalkulacji; ✓ Certyfikat CE ; ✓ Wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów lub dokument równoważny; ✓ Gwarancja min. 36 miesięcy. | 1szt. |

Kupujący zastrzega sobie możliwość zakupu innej ilości produktu niż podana w zapytaniu.

III. TERMIN ZAMÓWIENIA

Dostarczenie przedmiotów zamówienia powinno nastąpić nie później niż w przeciągu **14 dni kalendarzowych**.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Dostawca powinien przygotować ofertę w języku polskim lub angielskim.

Oferta powinna zawierać:

1. Pełną nazwę dostawcy.
2. Adres i numer telefonu Dostawcy oraz wskazaną osobę kontaktową.
3. Cenę na wymieniony w niniejszym zapytaniu przedmiot zamówienia w rozróżnieniu na ceny jednostkowe netto i brutto oraz podatek VAT.
4. Termin ważności oferty – **min. 30 dni kalendarzowych**.
5. Termin dostawy podany w dniach – w przypadku podania przedziału czasowego, pod uwagę będzie brany max czas dostawy.
6. Datę wystawienia oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził całkowitą zgodność oferowanego produktu/produktów z każdym z punktów zamieszczonego w zapytaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (umieszczając odpowiedni opis na ofercie lub dołączając odpowiednią dokumentację o ile wszystkie wymagane informacje nie są dostępne w katalogu internetowym Oferenta/Producenta).
8. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

W przypadku braku informacji o czasie dostawy oraz ważności oferty na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

1. Cena: 100%

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty muszą być dostarczone do **10 Kwietnia 2018** do końca dnia.
2. Oferta może zostać przesłana na adres: tenders@selvita.com,
faxem na nr +48 12 297 4633, kurierem bądź dostarczona osobiście na adres korespondencyjny:
Selvita S.A.
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
3. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.