

Kraków, dn. 15.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15 11 2017 A

na zakup pipet laboratoryjnych

w ramach projektu pn. „Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Selvita S.A.
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
NIP: 679-29-42-955, REGON: 120515330, KRS: 000367359

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są następujące przedmioty o poniższej minimalnej specyfikacji:

Lp.	Opis	Ilość
1.	<p>Zestaw 3 pipet o poj.: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1 000 µL, jednokanałowych, zmiennoobjętościowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety; b. Obsługa za pomocą jednego przycisku; c. Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wyświetlacz z okienkiem powiększającym ułatwiającym odczytanie objętości, możliwość blokady ustawionej objętości; d. Możliwość rekaliibracji; e. Certfikat CE; f. Dokument potwierdzający zgodność produktu z dyrektywą 98/79/WE. g. Gwarancja – min. 24 miesiące. 	2 zestawy
2.	<p>Pipeta jednokanałowa, automatyczna, zmiennoobjętościowa o pojemności: 20-200 µL:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety; b. Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki; c. Autoklawowalna w całości; d. Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości; e. Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym; f. Możliwość rekaliibracji; g. Dodatkowa regulacja umożliwiająca łatwe przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych; h. Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek; 	3 sztuki

	<ul style="list-style-type: none"> i. Regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy w skali -8 do +8 oraz blokada uniemożliwiająca przypadkowe rozregulowanie pipety; j. Potwierdzona zgodność z dyrektywą 98/79/WE; k. Certyfikat CE; l. l. Gwarancja minimum 36 miesięcy. 	
3.	<p>Pipetus z filtrami membranowymi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Obsługa elektroniczna; b. Rodzaj pipetowania: poduszka powietrzna c. Pipetor do użytku z pipetami o pojemności 0,1 – 100 mL d. Seryjne dozowanie porcji różnych objętości e. Pobieranie warstwy komórek f. Regulacja prędkości obsługiwana czubkami palców g. Diodowy wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora h. Możliwość pracy w trakcie ładowania i. Autoklawowalny adapter do pipety do zastosowań wymagających sterylności j. W zestawie: zasilacz, uchwyt na ścianę, statyw oraz 2 filtry membranowe 0,45 μm 	2 zestawy

1.1 Pozostałe wymagania:

- a. **Termin dostawy przedmiotu zamówienia** - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - **21 dni kalendarzowych** od dnia zamówienia; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;
- b. **Termin ważności oferty** – **min. 30 dni kalendarzowych**;
- c. **Termin płatności** - **min. 30 dni kalendarzowych** od dnia wystawienia faktury.

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

2. Kod CPV: 38437000-7.
3. Zamawiający dopuszcza/~~nie dopuszcza~~ możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający ~~dopuszcza~~/~~nie dopuszcza~~ możliwości składania ofert wariantowych.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony arkusz zgodności ze specyfikacją - wzór arkusza stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
2. Oferta musi:
 - **Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.**
 - **Posiadać datę wystawienia** (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
 - **Zawierać, co najmniej cenę netto** (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).

- Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.) oraz informację o pozostałych wymaganiach zgodnie z punktem 1.1 z części II (o ile są wymagane).
- Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części III (o ile są wymagane)
- Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. **15 11 2017 A**.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:

- złożenie oferty w terminie;
- przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
- zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami

2. Kryterium oceny ofert:

- Cena **100%**

3. Sposób dokonywania oceny:

- Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry –termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. **21 dni kalendarzowych** od dnia zamówienia.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: **22.11.2017 r. godz. 23.59 CET.**
2. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków w terminie podanym w pkt. 1, część VII.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <http://www.selvita.com/pl/>

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta na adres e-mail wskazany w ofercie.

IX. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie **do 14 dni kalendarzowych** od daty przesłania wzoru umowy lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
 - występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.);
 - występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela p. Aleksandra Mazgała pod adresem email: tenders@selvita.com

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ARKUSZ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ - 15 11 2017 A

	Parametry wymagane	(TAK/ NIE)	Opis parametrów oferowanych
1.	Zestaw 3 pipet o poj.: 0,5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1 000 μL, jednokanałowych, zmiennobjętościowych – 2 zestawy;		
a.	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety;		
b.	Obsługa za pomocą jednego przycisku;		
c.	Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wyświetlacz z okienkiem powiększającym ułatwiającym odczytanie objętości, możliwość blokady ustawionej objętości;		
d.	Możliwość rekaliibracji;		
e.	Certyfikat CE;		
f.	Dokument potwierdzający zgodność produktu z dyrektywą 98/79/WE.		
g.	Gwarancja – min. 24 miesiące.		
	Cenna netto / zestaw		
	Termin dostawy podany w dniach kalendarzowych		
2.	Pipeta jednokanałowa, automatyczna, zmiennobjętościowa o pojemności: 20-200 μL – 3 sztuki;		
a.	Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety;		
b.	Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki;		
c.	Autoklawowalna w całości;		
d.	Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości;		
e.	Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym;		
f.	Możliwość rekaliibracji;		
g.	Dodatkowa regulacja umożliwiająca łatwe przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych;		
h.	Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek;		
i.	Regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy w skali -8 do +8 oraz blokada		

	uniemożliwiająca przypadkowe rozregulowanie pipety;		
j.	Potwierdzona zgodność z dyrektywą 98/79/WE;		
k.	Certyfikat CE;		
l.	Gwarancja minimum 36 miesięcy.		
	Cenna netto / sztuka		
	Termin dostawy podany w dniach kalendarzowych		
	Pipetus z filtrami membranowymi – 2 zestawy		
a.	Obsługa elektroniczna;		
b.	Rodzaj pipetowania: poduszka powietrzna		
c.	Pipetor do użytku z pipetami o pojemności 0,1 – 100 mL		
d.	Seryjne dozowanie porcji różnych objętości		
e.	Pobieranie warstwy komórek		
f.	Regulacja prędkości obsługiwana czubkami palców		
g.	Diodowy wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora		
h.	Możliwość pracy w trakcie ładowania		
i.	Autoklawowalny adapter do pipety do zastosowań wymagających sterylności		
j.	W zestawie: zasilacz, uchwyt na ścianę, statyw oraz 2 filtry membranowe 0,45 µm		
	Cenna netto / zestaw		
	Termin dostawy podany w dniach kalendarzowych		