



Kraków, dn. 19.09.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19 09 2016 H

na dostawę komory laminarnej

w ramach projektu pn. „Rozbudowa Centrum-Badawczo-Rozwojowego Selvita S.A.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Selvita S.A.

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

NIP: 679-29-42-955, REGON: 120515330, KRS: 000367359

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dwuosobowa komora II klasy bezpieczeństwa biologicznego przeznaczona do pracy z materiałem patogennym i sterylnym** np. Thermo Scientific MSC-Advantage 1.8 **lub równoważna** o poniższej minimalnej specyfikacji:
 - posiadająca 2 filtry HEPA i trzy wentylatory (2 główne i 1 wylotowy) o sprawności 99,999% dla cząstek 0,3 µm.
 - o min. wymiarach komory roboczej: ok. 495 x 1800 x 780mm (głęb. x szer. x wys.)
 - lampa UV umieszczona na stałe w komorze roboczej z programator czasu pracy
 - posiadająca sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem pokazującym parametry pracy:
 - liczbę godzin pracy urządzenia
 - stopień zużycia filtrów
 - natężenie przepływu powietrza w komorze roboczej
 - posiadająca funkcję „stand-by” – tryb oczekiwania na pracę (oszczędny tryb pracy zachowujący komorę w ciągłej gotowości do pracy)
 - posiadająca automatyczną kompensację prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów
 - posiadająca blokadę wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy UV
 - posiadająca zaokrąglone narożniki komory ułatwiające utrzymanie w czystości
 - posiadająca dzielony, autoklawowalny blat wykonany ze stali nierdzewnej
 - posiadająca otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza powierzchnią roboczą (na ścianie nad blatem)
 - wnętrze pokryte chemoodporną powłoką zapobiegająca odbłaskom od lampy oświetleniowej
 - posiadająca alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy
 - posiadająca cztery gniazda elektryczne
 - posiadająca znak CE i certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez niezależny ośrodek certyfikujący
 - ilość – 1 sztuka.

1.1 Pozostałe wymagania:

- a. **Termin dostawy przedmiotu zamówienia** - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – **35 dni kalendarzowych** od dnia zamówienia; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;
- b. **Termin ważności oferty** – **min. 30.11.2016**;
- c. **Termin płatności** - **min. 30 dni** od daty wystawienia faktury;
- d. **Koszt dostawy** - po stronie dostawcy;
- e. **Gwarancja** – min. 12 miesięcy.

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach (punkt II.1.1.1) na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

2. Kod CPV: 38000000-5.

3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony arkusz zgodności ze specyfikacją - wzór arkusza stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.

2. Oferta musi:

- Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.
- Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
- Zawierać, co najmniej cenę netto w PLN (w przypadku cen podanych w innych walutach obcych zostaną one przeliczone na po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
- Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.) oraz informację o pozostałych wymaganiach zgodnie z punktem II.1. (o ile są wymagane).
- Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części III (o ile są wymagane).
- Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. **19 09 2016 H**.
- Zawierać informację o energochłonności urządzenia (rozwiązania ECO) – **dzienne zużycie energii elektrycznej podane w kWh przy założeniu 8-godzinnej pracy urządzenia** (wartość podana w ofercie lub/i w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)

Brak informacji o jakimkolwiek z wyżej wymienionych elementów (punkt IV.2.) skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:

- złożenie oferty w terminie;
- przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
- zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami

2 – Kryterium oceny ofert:

- *Cena* - 90%;
- *Rozwiązania ECO* - 10%.

3 – Sposób dokonywania oceny:

Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt w przypadku każdego ze wskazanych wyżej kryteriów - **cena, rozwiązania ECO**):

- najniższy z zaoferowanych parametrów - 10 pkt;
- najwyższy z zaoferowanych parametrów - 0 pkt;
- pozostałe: 10 - (zaoferowany parametr/najwyższy zaoferowany parametr) * 10 pkt.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: **35 dni kalendarzowych** od dnia zamówienia.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: **30.10.2016 r. godz. 23.59 CET.**
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków w terminie podanym w pkt. 1.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
 - <http://www.selvita.com/pl/>
 - <https://simap.europa.eu>

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie.

IX. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie **do 21 dni** od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin



- składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.: występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela pani Aleksandra Mazgala pod adresem email: tenders@selvita.com

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



Załącznik 1 do Zapytania ofertowego - Arkusz zgodność ze specyfikacją

	Parametry wymagane	(TAK/NIE)	Opis parametrów oferowanych
1	Dwuosobowa komora II klasy bezpieczeństwa biologicznego przeznaczona do pracy z materiałem patogennym i sterylnym		
2	Posiada 2 filtry HEPA i trzy wentylatory (2 główne i 1 wylotowy) o sprawności 99,999% dla cząstek 0,3 µm		
3	o min. wymiarach komory roboczej: ok. 495 x 1800 x 780mm (głęb. x szer. x wys.)		
4	lampa UV umieszczona na stałe w komorze roboczej z programator czasu pracy		
5	posiada sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem pokazującym parametry pracy: - o liczbę godzin pracy urządzenia - o stopień zużycia filtrów - o natężenie przepływu powietrza w komorze roboczej		
6	posiada funkcję „stand-by” – tryb oczekiwania na pracę (oszczędny tryb pracy zachowujący komorę w ciągłej gotowości do pracy)		
7	posiada automatyczną kompensację prędkości przepływu powietrza w miarę wzrostu oporu filtrów		
8	posiada blokadę wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy UV		
9	posiada zaokrąglone narożniki komory ułatwiające utrzymanie w czystości		
10	posiada dzielony, autoklawowalny blat wykonany ze stali nierdzewnej		
11	posiada otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza powierzchnią roboczą (na ścianie nad blatem)		
12	wnętrze pokryte chemoodporną powłoką zapobiegająca odbłaskom od lampy oświetleniowej		
13	posiada alarmy akustyczne i wizualne informujące o nieprawidłowej pracy		
14	posiada cztery gniazda elektryczne		
15	posiada znak CE i certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydany przez niezależny ośrodek certyfikujący		
16	energochłonność urządzenia (rozwiązania ECO) – dzienne zużycie energii elektrycznej podane w kWh przy założeniu 8-godzinnej pracy urządzenia		