

W imieniu firmy Selvita S.A. w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zapytania nr **25 04 2017 B** na zakup **wytrząsarki do mikroplytek (3 szt.)**, wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę o zakresie mieszania 300-1200 rpm ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga, aby dolna granica intensywności wytrząsania do ustawienia nie była większa niż 250 rpm.